

脱钙终点检测试剂盒(化学法)

摘要

化学法检测脱钙终点,不适用于螯合剂或离子交换树脂脱钙法。

产品介绍

化学法检测脱钙终点,不适用于螯合剂或离子交换树脂脱钙法。主要由氨水、草酸铵等组成。

产品简介:

一些组织内含有骨质或钙化灶时,含钙的组织不宜直接用石蜡包埋切片。这是因为钙和石蜡之间的密度不同,较难切除完整的切片。对含钙组织建议固定之后,再进

行脱钙或二者同时进行。然后进行下游的实验，如脱水、透明、浸蜡、包埋、切片。用于脱钙的试剂很多，脱钙剂包括有机酸、无机酸、乙二胺四乙酸(EDTA)以及电解法脱钙。

在脱钙的过程中，应每隔一段时间检测一次脱钙程度，避免脱钙过度。脱钙过度会增加组织的损伤程度，进而影响染色结果。